

Anúncio

Procedimento N.º 04/LITHOS/2020

1. Entidade adjudicante

- Designação entidade adjudicante – Universidade de Évora
- Endereço – Largo dos Colegiais nº2 – 7000 Évora
- Telefone – 266 740 800

2. Objeto do procedimento

Aquisição de câmara climática

3. Tipo de procedimento

Contratação excluída ao abrigo do DL 60/2018, de 3 de agosto

4. Preço Base do procedimento

O preço base do procedimento é de 45.638,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

5. Especificações técnicas

Câmara climática – 1 unidade

Incluindo:

- Carbonatação CO₂;
- Simulador de chuva 0,8L/min;
- Variador de velocidade de ar.

Software, adequado ao equipamento a adquirir, com conexões RS232/USB e 5m de cabo para conexão ao PC – 1 unidade

Sistema de tratamento de água de osmose inversa – 1 unidade

Porta com janela multividro (360 x 500 mm) para câmara de 500 litros – 1 unidade

Obs.: deverá incluir halogénio interior ou luz LED para observação de espaço de teste.

Tanque gelo-degelo – 1 unidade

Garantia, montagem e instalação e assistência após venda – 1 unidade

O equipamento deverá cumprir todos os requisitos para efetuar testes a Rocha Ornamental e outros materiais de construção segundo as normas:

- EN 12371 - Determinação da resistência ao gelo – pedra natural;
- EN 14066 – Determinação da resistência ao envelhecimento por choque térmico – pedra natural;
- EN 772-22 - Determinação da resistência ao gelo – alvenaria cerâmica;
- EN 12390-9 - Determinação da resistência ao gelo – betão endurecido;
- ASTM D5312 - Método de ensaios para avaliação da durabilidade da rocha para controlo de erosão em condições de gelo-degelo;
- ASTM C67 – Método de ensaio para amostragem e teste de tijolo e telha estrutural de cerâmica;
- ASTM C1645-16 - Método de ensaio para gelo-degelo e durabilidade de sal de degelo de lajes de pavimento em betão;
- EN 16637-2 - Produtos de construção. Avaliação da libertação de substâncias perigosas. Teste de lixiviação de superfície dinâmica horizontal;
- ISSO 1920-12 - Determinação da resistência à carbonatação do betão- Método de carbonatação acelerada;
- EN15803 - Determinação da permeabilidade ao vapor de água;
- BS 8104:1992 Code of practice for assessing exposure of walls to wind-driven rain.

6. Prazo de entrega e instalação

Os bens devem ser entregues e instalados no prazo máximo de 30 dias após assinatura do contrato.

7. Modo de apresentação das propostas

As propostas devem ser enviadas para o endereço de correio eletrónico comprasdrff@uevora.pt e deverão estar de acordo com as especificações técnicas definidas no ponto 5. Especificações Técnicas, sob pena de exclusão. No assunto do email de resposta a este convite deve indicar a referência do Procedimento.

8. Data limite para apresentação de propostas

A data limite para apresentação de propostas é o dia 09/04/2021.

Évora, 05 de abril de 2021

A Administradora

Maria Cesaltina Charréu Frade